



余剰ガス
回収装置

NAKAZAWA














余剰ガス回収装置

- ★ 余剰ガス回収装置　NT-20
- ★ 余剰ガス回収装置　NT-30
- ★ エンビロピュアーキャニスター
- ★ 余剰ガス回収ホース
- ★ 麻酔余剰ガス検知装置






＝　有限会社　中澤製作所　＝

＝ NT-20 ＝

フローメーターで吸引流量をコントロール出来ます。

0～15L/min 以上の流量と最大 −25kPa の吸引圧力があり、抵抗のある麻酔回路に使用出来ます。




	NT-20
吸引量	15L/min　−25kPa
ポンプ	エアポンプ
サイズ	170 × 170 × 150
重量	3 kg
電源	AC100V　50/60Hz
定価	170,000 円

＝ NT-30 ＝

ボリュームつまみで吸引流量をコントロール出来ます。

小型でありながら、0～15L/min 以上の流量の吸引量があります。



	NT-30
吸引量	15L/min
モーター	DC ブロアモーター
サイズ	200 × 120 × 170
重量	2 kg
電源	AC100V　50/60Hz
定価	160,000 円

＝ エンビロピュアーキャニスター＝

ディスポタイプのキャニスターで 120g の
麻酔余剰ガスを効率よく吸収します。



	32373B10
吸収容量	120g
梱包形態	6 本入り
定価	18,000 円

＝ 余剰ガス回収ホース ＝

実験台付近の余剰ガスを回収出来ます。
キャニスターに装着出来ます。



余剰ガス回収用ホース	
ホース長	最大 700 ㎜
定価	10,000 円

＝ 麻酔余剰ガス検知装置 ＝



余剰ガスを回収吸着するキャニスター（フィルター）の使用限度を的確に知る事が出来ます。
LED 点灯とアラーム音で警報します。

	GS1
サイズ	50 × 112 × 135
電源	AC100V　50/60Hz
定価	168,000 円

代 理 店

有限会社　中澤製作所

本社　千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18
工場　千葉県船橋市車方町 1141-2
TEL　047（457）9191
FAX　047（457）9192
URL　http://www.nakazawa-ss.jp

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。